



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 7376/18-М

Действительно до
« 18 » октября 2020 г.

Средство измерений **Термометры электронные, модель DT-501**

наименование, тип, модификация,

ГРСИ №66940-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **V180960001-V180970000**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские
контактные цифровые. Методика поверки»**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **ГРЭ единицы температуры 3-го разряда**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

3.1.ZZA.0007.2015

или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 22 °С,
относительная влажность 57 %; атмосферное давление 99 кПа**

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки
« 19 » октября 2018 г.



Подпись

Подпись



С.Н. Негода

Инициалы, фамилия

Н.Ю. Грязских

Инициалы, фамилия

по № XVIII 007012