



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 7749/18-М

Действительно до
« 21 » октября 2020 г

Средство измерений **Приборы для измерения артериального давления и**
наименование, тип, модификации,

частоты пульса цифровые серии UB, модель: UB-202

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

ГРСИ № 68503-17

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **5180903941-5180904000**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **Р 1323565.2.001-2018 «ГСОЕИ. Измерители**

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **ГРЭ единицы давления 3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015,**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

ГРЭ единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015

или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 22 °С,**

относительная влажность 55 %; атмосферное давление 99 кПа

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Главный метролог

С.Н. Негода
Подпись

Поверитель

С.Н. Негода

Инициалы, фамилия

И.Н. Швалева

Инициалы, фамилия

Дата поверки

« 22 » октября 2018 г



по № XVIII 007256