



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 7756/18-М**

Действительно до  
« 23 » октября 2020 г

Средство измерений **Приборы для измерения артериального давления и**  
*наименование, тип, модификации,*

**частоты пульса цифровые серии UB, модель: UB-202**

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений*

**ГРСИ № 68503-17**

*(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)*

**отсутствует**

*серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)*

заводской номер (номера) **5180914861-5180915000**

поверено **в соответствии с описанием типа**

*наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)*

поверено в соответствии с **Р 1323565.2.001-2018 «ГСОЕИ. Измерители**

**артериального давления неинвазивные. Методика поверки»**

*наименование документа, на основании которого выполнена поверка*

с применением эталонов: **ГРЭ единицы давления 3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015,**

*наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс*

**ГРЭ единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015**

*или погрешность эталона, применяемого при поверке*

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 23 °С,**

**относительная влажность 55 %; атмосферное давление 99 кПа**

*приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 24 » октября 2018 г



Подпись

Подпись



**С.Н. Негода**

*Инициалы, фамилия*

**И.Н. Швалева**

*Инициалы, фамилия*

по № XVIII 007720