



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 020001 /08

Действительно до
06 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерения,

UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер G 181220001

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
адрес или наименование эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t = 20,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 101,6\text{ кПа}$ $\varphi = 43\text{ \%}$
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
популярное значение

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагуддинов Ринат Закирович

Дата поверки
07 марта 2019 г.



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 020500 /08

Действительно до
06 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер G 181220500

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, даваемых измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначения документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или точность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 20,4 °C p= 101,6 кПа φ= 43 %

перечень влияющих факторов, перечисленных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

методом измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки
07 марта 2019 г.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович