



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 225038 /08

Действительно до
28 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений,

модели UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер G 190300001

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер в (СИ) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t = 20,4^{\circ}\text{C}$ $p = 101,6 \text{ кПа}$ $\varphi = 43 \%$
перечень известных факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (нериодической) поверки
или иное: повторить

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагуддинов Ринат Закирович

Дата поверки
29 марта 2019 г.



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 236037 /08

Действительно до
28 марта 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

модели UA-100, № 65004-16
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер G 190311000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, измеряемых измерителем, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,4 °C p= 101,6 кПа φ= 43 %
перечень каждого фактора, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
наименование измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки 29 марта 2019 г.