



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 408062 /08

Действительно до
08 апреля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5170103933

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДЦД.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t = 21,7 \text{ }^\circ\text{C}$ $p = 101,3 \text{ кПа}$ $\varphi = 44 \text{ \%}$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (перiodической) поверки

поужие измерять

признано пригодным к применению.



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
09 апреля 2019 г.