



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 042136 /07

Действительно до
14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный

Исполнение, тип, модификация средства измерений

модели DT-635, № 47313-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1903016482

в составе -

номер знака предыдущей поверки --

поверено в полном объеме

исполнение модели измерит., тип/класс измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры

исполнение или обозначение документа

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры

регистрационный номер в ОИИИ, наименование, тип, величина погр., разряд

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2.ДЦД.0007.2018

класс или погрешность эталона, применяемые при поверке

при следующих значениях влияющих


факторов: $t_{\text{сред}} = 23,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 103,1 \text{ кПа}$ $\varphi = 54 \text{ } \%$

указать все факторы, нормированные в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

погогоже accuracy

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог


Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель


Сагудудинов Ринат Закирович

Дата поверки
15 апреля 2019 г.