



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 464096 /08

Действительно до
09 мая 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

выполнение, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-705, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5150400441-5150400480

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, единиц измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, референс

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД 0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t = 20,9 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 102,5 \text{ кПа}$ $\varphi = 34 \text{ } \%$

перечень внешних факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

методом измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

10 мая 2019 г.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович