



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 464188 /08

Действительно до
10 апреля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений,

модель: UA-100, 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 181222001

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, для которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, модификация эталона,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t = 22,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 101,7 \text{ кПа}$ $\varphi = 42 \text{ } \%$

перечень значений факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

необходимо измерить

признано пригодным к применению.

Знак поверки 

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Замалеев Камил Исмгаилович

Дата поверки

11 апреля 2019 г.



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 468086 /08

Действительно до
10 апреля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений

модель: UA-100, 65004-16
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 181225899

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
выполнение единиц измерений, действительных измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД 0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,4 °C p= 101,7 кПа φ= 42 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (нериодической) поверки
лину ниже зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
11 апреля 2019 г.