



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 184690 /07

Действительно до
26 мая 2021 г.

Средство измерений Термометр электронный,
наименование, тип, модификация средства измерений

модель DT-624, № 66940-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 180209091

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры

наименование или обозначение документа

медицинские контактные цифровые. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2 ДДД.0007.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t_{\text{возд}} = 20,7 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 102,3 \text{ кПа}$ $\varphi = 68 \text{ }^{\circ}$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

исполняет зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки 1 ДДД 9

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
27 мая 2019 г.