



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 032510 /07

Действительно до
 14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный
лицензионное, т.е. модифицированное средство измерений

модель DT-635, № 47313-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1903006855

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
лицензионное средство измерения, дублирование измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры
лицензионное или обобщенное документ

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»
на основании которого выполняется поверка


с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры
регистрационный номер и дата лицензирования, т.е. заводской номер, дата

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2. ДДД 0007.2018
класс или категория эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t_{\text{возд}} = 23,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 103,1 \text{ кПа}$ $\varphi = 54 \text{ } \%$
перечень влияющих факторов, перечисленных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
покупное измерение

признано пригодным к применению.



Артём
Ринат

Ярыгин Артём Валерьевич

Поверитель Сагуддинов Ринат Закирович

Дата поверки
 15 апреля 2019 г.