



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 032512 /07

Действительно до
14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный
измеряемые, тип, модификация средства измерений,

модель DT-635, № 47313-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1903006857

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
подтверждение адреса владельца, даты/даты поверки, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСН. Термометры
использование или обозначение документа,

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки
на основании авторского свидетельства поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры
регистрационный номер и (или) наименование, тип, модификация эталона, разряд,

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2.ДДД.0007.2018
класс или погрешность эталона, примененная при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура 23,4 °С p= 103,1 кПа φ= 54 %
перечень влияющих факторов, включенных в документ на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
методика измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Артём Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Ринат Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
15 апреля 2019 г.