



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 032514 /07

Действительно до
14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный
использование, тип, модификация средства измерений,

модель DT-635, № 47313-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1903006859

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
использование адресов выходов, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры
использование или обозначение документа,

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки
на основании которого выполнялась поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры
регистрационный номер в ФСИ неопределен, тип, номинальный объем, разряд,

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2.ДЦД.0007.2018
класс или погрешность эталона, примененный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t_{\text{возд}} = 23,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 103,1 \text{ кПа}$ $\phi = 54 \%$
перечень дополнительных факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
наименование поверки

признано пригодным к применению.



Главный метролог А.В. Ярыгин

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Р.З. Сагутдинов

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
15 апреля 2019 г.