



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 032536 /07

Действительно до
14 апреля 2020 г.

Средство измерений

Термометр электронный инфракрасный

выполнение, тип, модификация средства измерений,

модель DT-635, № 47313-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер

L 1903006881

в составе

номер знака предыдущей поверки

поверено в полном объеме

техническое описание средств измерений, специфика измерений, на которых измерено средство измерений

в соответствии с

МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры

выполнение или обозначение документа,

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»

на основании которого выдано свидетельство

с применением эталонов:

Рабочий эталон единицы температуры

регистрационный номер в (ФГИС) информационном, тип, номинальный номер, разряд,

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2.ДПД.0007.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

$t_{\text{окр. среда}} = 23,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$p = 103,1 \text{ кПа}$

$\varphi = 54 \text{ }^{\circ}$

перечень значений факторов, учитываемых в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной (периодической)

поверки

методом зачистки

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
15 апреля 2019 г.