



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 516323 /08

Действительно до  
24 мая 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-705, № 48476-11  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер SN 5160300590

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме  
наименование единиц измерений, для которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДЦ.0008.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 23,5 °C p= 102,8 кПа φ= 38 %  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
нужное зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки 1 ДДЦ 9

Главный метролог Ярыгин Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудинов Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
25 мая 2019 г.