



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 585864 /08

Действительно до
16 июня 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой модель UA-604, № 48476-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении знака

заводской (серийный) номер 5160412647

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, dimensional измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 20,2 °C p= 102,0 кПа φ= 47 %

вероятно известные факторы, нормированные в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

по типу знака зачетности

признано пригодным к применению.



Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
17 июня 2019 г.