



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке
№ 4141/17-М

Действительно до
«20» июня 2019 г.

Средство измерений Термометры электронные модель DT-624

наименование, тип, модификация,

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

ГРСИ №30929-11

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **B170500001-B170510000**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверена средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **МП 24586-03**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **Термометр высокой точности №121019 (0-43) °C**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

Расширенная неопределенность $U = 0,003\text{ }^{\circ}\text{C}$, $k = 2$

или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха $24\text{ }^{\circ}\text{C}$,**

относительная влажность 70% , атмосферное давление 96 кПа

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

«21» июня 2017 г.



Подпись

Подпись



С.Н. Негода

Инициалы, фамилия

И.Н. Швалева

Инициалы, фамилия

по № XVII 003455