•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 7264/17-М

Действительно до
« 29 » октября 2019 г.

Средство измерений **Приборы для измерения артериального давления и**
наименование, тип, модификация,
частоты пульса цифровые модель UA-604
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
ГРСИ №48476-11
(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)
отсутствует
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера) **5170800001-5170806000**
поверено **в соответствии с описанием типа**
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)
поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки»**
наименование документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов: **Манометр (0-1000) mm Hg №59648.**
наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс
Расширенная неопределенность U=0,1 %, k=2
или погрешность эталона, применяемого при поверке
при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 24 °С, относительная влажность 70 %; атмосферное давление 96 кПа**
приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

ГМС 16004833097

Главный метролог _____ **С.Н. Негода**
Подпись *Инициалы, фамилия*

ГС 1А7 ГМЦ

Поверитель _____ **И.Н. Швалева**
Подпись *Инициалы, фамилия*

Дата поверки
« 30 » октября 2017 г.

ПО № XVII 007482