



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Осерная, 46. Факс: 8 (495) 437 31 47. E-mail: vniofi@vniofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 717/17-М**

Действительно до  
«19» января 2019 г.

Средство измерений Приборы для измерения артериального давления и  
наименование, тип, модификация,

частоты пульса цифровые модель UA-604

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

ГРСИ №48476-11

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 5160903921-5160905180

поверено в соответствии с описанием типа

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с Р 50.2.032-2004

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

выполнена поверка

с применением эталонов: Манометр (0-300) mm Hg №59648

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

Расширенная неопределенность U=0,1 %, k=2

или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 24 °С,

относительная влажность 58 %, атмосферное давление 96 кПа

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

«20» января 2017 г.



*[Signature]*  
Подпись

*[Signature]*  
Подпись



С.Н. Негода

Инициалы, фамилия

И.Н. Швалева

Инициалы, фамилия

по № XVI 037490

## МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений давления в манжете, мм рт.ст.: от 20 до 280

Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора при измерении артериального давления, мм рт.ст.:  $\pm 3,0$

Диапазон измерений частоты пульса, 1/мин: от 40 до 200

Предел допускаемой относительной погрешности прибора при измерении частоты пульса, %:  $\pm 5,0$

Поверка проведена на основании признания результатов калибровки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2015 г. N 311 «Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

\_\_\_\_\_  
Главный метролог

  
Подпись

\_\_\_\_\_  
С.Н. Negroda

*Инициалы, фамилия*

\_\_\_\_\_  
Поверитель

  
Подпись

\_\_\_\_\_  
И.Н. Швалева

*Инициалы, фамилия*

«20» января 2017 г.