



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 517572 /08

Действительно до
02 июня 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UB, модель UB-505, № 33701-12

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5150100321

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, доказанных измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 21,6 °C p= 100,3 кПа φ= 51 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

популярное измеритель

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
03 июня 2019 г.