



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 517575 /08

Действительно до
02 июня 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UB, модель UB-505, № 33701-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160101837

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, модель/номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,6 °C p= 100,3 кПа φ= 51 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (нериодической) поверки
поது කළ මෙහෙයුම

признано пригодным к применению.



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
03 июня 2019 г.