



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 516477 /08

Действительно до
26 мая 2020 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5170300406

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, модельный номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 20,7 °C p= 102,3 кПа φ= 68 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки 27 мая 2019 г.