



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 210786 /07

Действительно до
02 июня 2021 г.

Средство измерений Термометр электронный

наименование, тип, модификация средства измерений

модель DT-624, № 30929-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 170116867

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, величины измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 34586-03 «ГСИ. Термометры

наименование или обозначение документа

электронные серии DT фирмы A&D Company LTD, Япония»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °C, 3.2.ДДД 0007.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: $t_{\text{ср.возд.}} = 21,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 100,3 \text{ кПа}$ $\varphi = 51 \text{ } \%$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

методом зачистки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

03 июня 2019 г.