



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 052962 /07

Действительно до
14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный
наименование, тип, модификация средства измерений

модель DT-635, № 47313-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1903027307

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры
наименование или обозначение документа

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2. ДДД 0007.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t_{возд} = 23,4 °С p = 103,1 кПа φ = 54 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их эталонов

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
необязательно записывать

признано пригодным к применению.

Знак поверки 1 ддд 9

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
15 апреля 2019 г.