



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 517571 /08

Действительно до
02 июня 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UB, модель UB-202, № 33701-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5151027394

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование единиц измерения, наименований измерений, на которых поверено средство измерений

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
наименование или обозначение документа

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
на основании которого выполнена поверка

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,6 °C p= 100,3 кПа φ= 51 %
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
перечень значащих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
03 июня 2019 г.