



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 306132 /08

Действительно до
04 апреля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-705, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5181200425

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, примененных измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнялась поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер эталона (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, примененный при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,8 °C p= 104 кПа φ= 60 %
перечень влияющих факторов, учтенных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки 1 ддд 9

Главный метролог Ярыгин Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагудин Сагудин Ринат Закирович

Дата поверки
05 апреля 2019 г.