



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 432793 /08

Действительно до
05 мая 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса
наименование, тип, модификация средства измерений

цифровой серия UA, модель: UA-705 с манжетой большой, № 68813-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5150400541

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, рисунок

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДЦ.0008.2018
класс или точность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,6 °C p= 101,9 кПа φ= 39 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
необходимо зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки
06 мая 2019 г.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович