



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 432799 /08

Действительно до  
05 мая 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса  
наименование, тип, модификация средства измерений

цифровой серии UA, модель: UA-705 с манжетой большой, № 68813-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5150400547

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:  $t = 21,6\text{ }^{\circ}\text{C}$   $p = 101,9\text{ кПа}$   $\varphi = 39\text{ \%}$   
перечень климатических факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
методом завершить

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки  
06 мая 2019 г.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович