



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 585874 /08

Действительно до
05 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой модель UA-604, № 48476-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5140817187

в составе —
номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t = 21,8 \text{ }^\circ\text{C}$ $p = 102,2 \text{ кПа}$ $\varphi = 44 \text{ } \%$
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
способа поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
06 июля 2019 г.