



ООО «Казанский ЦСМ»
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 071559 /07

Действительно до
 14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный
используется, тип, модификация средства измерений

модель DT-635, № 47313-11
регистрационный номер в Федеральном метрологическом фонде по обозначению средства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1903045904

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, делителей измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСН. Термометры
используемые для обозначения документа

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»
на основании которого выдана данная поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры
регистрационный номер и (или) наименование, тип, номинальный номер, разряд

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2.ДДД.0007.2018
класс или погрешность эталона, примененная при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура 23,4 °С p= 103,1 кПа φ= 54 %
перечень значений факторов, учтенных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
метрологическая поверка

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
 15 апреля 2019 г.