



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 071582 /07

Действительно до  
14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный

выполнение, тип, модификация средства измерения,

модель DT-635, № 47313-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1903045927

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

выполнение работы, тип, модификация средства измерения,

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры

выполнение или обеспечение документа,

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры

регистрационный номер в (ФГИС) выданный, тип, модификация, дата, разряд,

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °C, 3.2.ДДД.0007.2018

или для поверки эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов:  $t_{\text{возд}} = 23,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$   $p = 103,1 \text{ кПа}$   $\varphi = 54 \text{ } \%$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной (периодической) поверки

поверка не требуется

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Поверитель

Дата поверки  
15 апреля 2019 г.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагудинов Ринат Закирович