



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 071586 /07

Действительно до
14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный
измеряющие, тепл, инфракрасные средства измерений,

модель DT-635, № 47313-11
регистрционный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1903045931

в составе —

номер знака предыдущей поверки —
поверено в полном объеме
использованы другие методы, дополнительные измерения, на которых поверено средство измерений,

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры
использованы для обеспечения единства,

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»
на основании исторического выполнения поверки

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры
регистрционный номер в Едином информационном фонде, заводской номер, расчёт,

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2. ДДЦ.0007.2018
класс для погрешности эталона, применённый при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t_{\text{воздуха}} = 23,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 103,1 \text{ кПа}$ $\varphi = 54 \text{ } \%$
перечень дополнительных факторов, учтённых в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (нероднической) поверки
полученной измерений

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
15 апреля 2019 г.