



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 071588 /07

Действительно до
14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный
измеряющие, тес, калибровка средства измерений,

модель DT-635, № 47313-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утрате/истечении срока

заводской (серийный) номер L 1903045933

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
измеряющие, тес, калибровка средства измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСН. Термометры
измеряющие, тес, калибровка средства измерений,

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»
на основании которого выполняется поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры
регистрационный номер и (или) наименование, тес, метрологический класс, разряд,

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2. ДДЦ.0007.2018
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t_{\text{возд}} = 23,4 \text{ } ^\circ\text{C}$ $p = 103,1 \text{ кПа}$ $\varphi = 54 \text{ } \%$
перечень влияющих факторов, учитываемых в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
заключено аккредитованной лабораторией

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
15 апреля 2019 г.