



ООО «Казанский ЦСМ»  
 Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 071599 /07

Действительно до  
 14 апреля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный  
выполнение, тип, модификация средства измерений

модель DT-635, № 47313-11  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1903045944

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
выполнение единиц измерений, действий измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры  
дополнение к методике поверки

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки  
на основании которой выполняется поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, паспортный номер, разряд

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2. ДДД.0007.2018  
класс или категория эталона, применяемый при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура = 23,4 °С p = 103,1 кПа φ = 54 %  
перечень влияющих факторов, перечисляемых в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
выполнение поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки Г

Главный метролог  Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
 15 апреля 2019 г.