



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 656926 /08

Действительно до  
08 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,  
наименование, тип, модификация средства измерений,

модель: UA-100, 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер B190500001-B190515000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме  
наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер в (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих  
факторов: t= 22,5 °C p= 100,7 кПа φ= 32 %  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
нужное зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
09 июля 2019 г.