



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 657051 /08

Действительно до
10 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
именно такое, тип, модификация средства измерений,

пульса цифровой модели UA-604, № 48476-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5170313972

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
именно такое количество единиц измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
именно такое или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнялась поверка


с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,1 °C p= 100,3 кПа φ= 48 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
инужно зачеркнуть

признано пригодным к применению.



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки
11 июля 2019 г.