



ООО «Казанский ЦСМ»

Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 657057 /08

Действительно до
10 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
лимфоцитов, тит, модифицированные средства измерения

пульса цифровой модели UA-604, № 48476-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5170714226

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерения

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,1 °C p= 100,3 кПа φ= 48 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
метод измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагудин

Сагудин Ринат Закирович

Дата поверки

11 июля 2019 г.