



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 665077 /08

Действительно до
11 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления и частоты
наименование, тип, модификация средства измерений.

пульса цифровой модели UA-604, № 48476-11
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа.

заводской (серийный) номер 5160412647

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которые поверено средство измерений.

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа.

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка.

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд.

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, примененных при поверке.

при следующих значениях влияющих факторов: $t = 21,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 100,3 \text{ кПа}$ $\varphi = 43 \text{ \%}$
исходные значения факторов, нормированные в документе на методику поверки, с указанием их значений.

и на основании результатов первичной (перiodичекой) поверки
метод поверки.

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
12 июля 2019 г.