



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 665583 /08

Действительно до  
16 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UA, модель: UA-604, № 68813-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5171101891-5171101900

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих


факторов: t= 21,7 °C p= 100,4 кПа φ= 47 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

или знак эталонности

признано пригодным к применению.



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагудинов Ринат Закирович

Дата поверки  
17 июля 2019 г.