



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 249114 /07

Действительно до  
15 июля 2020 г.

Средство измерений Термометр электронный инфракрасный  
наименование, тип, модификация средства измерений

модели DT-635, № 47313-11  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер L 1610008573

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры  
наименование или обозначение документа

медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»  
на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

I разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2 ДДД.0007.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:  $t_{\text{возд}} = 22,5 \text{ } ^\circ\text{C}$   $p = 101,8 \text{ кПа}$   $\varphi = 49 \text{ \%}$   
перечень влияющих факторов, нормированных в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
нужно измерить

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог   
Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель   
Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
16 июля 2019 г.