



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 248820 /07

Действительно до
10 июля 2021 г.

Средство измерений Термометр электронный,
наименование, тип, модификация средства измерений,

модель DT-624, № 30929-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 170110321

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 24586-03 «ГСИ. Термометры
наименование код обозначения документа,

электронные серии DT фирмы A&D Company LTD, Япония»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры
регистрационный номер и (или) наименование, тип, модельный номер, разряд,

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °С, 3.2.ДДД.0007.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t_{\text{сред}} = 21,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 100,3 \text{ кПа}$ $\varphi = 48 \text{ \%}$
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
вида поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки
Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
11 июля 2019 г.