



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 248830 /07

Действительно до
15 июля 2021 г.

Средство измерений Термометр электронный,
наименование, тип, модификация средства измерений,

модели DT-624, № 66940-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 170619195

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры

наименование или обозначение документа,

медицинские контактные цифровые. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы температуры

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

1 разряда в диапазоне значений от 0 до плюс 60 °C, 3.2 ДДД.0007.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: $t_{\text{возд}} = 22,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $p = 101,8 \text{ кПа}$ $\varphi = 49 \text{ } \%$

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их эталонов

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

методика поверки

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки

16 июля 2019 г.