



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 665076 /08

Действительно до
11 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5190500001-5190510000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —
поверено в полном объеме
наименование единиц, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,
артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018
класс или точность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,4 °C p= 100,3 кПа φ= 43 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значимой

и на основании результатов первичной (непериодической) поверки
методика измерения

признано пригодным к применению.



Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
12 июля 2019 г.