



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 665898 /08

Действительно до
20 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5190320891-5190321890

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, делителей измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,3 °C p= 101,8 кПа φ= 43 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (непериодической) поверки

поп. внос. эталоны

признано пригодным к применению.



Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
21 июля 2019 г.