



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 666125 /08

Действительно до
25 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления

наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-705, № 48476-11

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5160500718

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

диапазоны величин, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выдана поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД 0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих
факторов: t= 23,6 °C

p= 103,3 кПа

φ= 41 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

неужелیه перевірити

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки
26 июля 2019 г.

Ярыгин Артем Валерьевич

Сагутдинов Ринат Закирович