



ДУБЛИКАТ

ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 517518 /08

Действительно до
02 июня 2020 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой модель UA-911BT-C, № 50726-12
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5150700070
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

в составе -
номер знака предыдущей поверки -
поверено в полном объеме

наименование единиц величин, единиц измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018
класс или погрешность эталонов, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,6 °C p= 100,3 кПа φ= 51 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
метод измерения

признано пригодным к применению.

Знак поверки 
Главный метролог  Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки
03 июня 2019 г.