



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 585896 /08

Действительно до  
05 июля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления  
наименование, тип, модификация средства измерений

и частоты пульса цифровой серии UB, модель UB-403, № 33701-12  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5140600371

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц измерения, значений измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа

артериального давления неинвазивные. Методика поверки  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталона: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2.ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 21,8 °C p= 102,2 кПа φ= 44 %  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
исходные значения

признано пригодным к применению.

Знак поверки  
1 АДА 9

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки  
06 июля 2019 г.