



ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 382228 /08

Действительно до  
04 апреля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,  
наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5181000001

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, значений измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДЦД.0008.2018  
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,8 °C p= 104 кПа φ= 60 %  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
метод поверки


признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель Сагутдинов Ринаг Закирович

Дата поверки 05 апреля 2019 г.





ООО «Казанский ЦСМ»  
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 383227 /08

Действительно до  
04 апреля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,  
наименование, тип, модификация средства измерений,

и частоты пульса цифровой серии UB, модель: UB-202, № 68503-17  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 5181001000

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители  
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»  
на основании которого выполнено поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2. ДДД.0008.2018  
класс или погрешность эталона, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: t= 22,8 °C p= 104 кПа φ= 60 %

и на основании результатов первичной (периодической) поверки  
нужное зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог  Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель  Сагутдинов Ринат Закирович

Дата поверки 05 апреля 2019 г.