



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 486188 /08

Действительно до
10 апреля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,

наименование, тип, модификация средства измерений,

модель: UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 190118001

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018

класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 22,4 °C p= 101,7 кПа φ= 42 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

необязательно зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Замалеев Камилль Исмагилович

Дата поверки

11 апреля 2019 г.



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 488187 /08

Действительно до
10 апреля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений,

модель: UA-100, № 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 190120000

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, параметров измерения, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители

наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

на основании которого выполняется поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД.0008.2018

класс или точность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих

факторов: t= 22,4 °C p= 101,7 кПа φ= 42 %

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

получена достоверность

признано пригодным к применению.

Знак поверки

Главный метролог

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Замалеев Камиль Исмагилович

Дата поверки

11 апреля 2019 г.