



ООО «Казанский ЦСМ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312063

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 494556 /08

Действительно до
10 апреля 2021 г.

Средство измерений Прибор для измерения артериального давления,
наименование, тип, модификация средства измерений,

модель: UA-100, 65004-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер В 190125369

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, диапазоны измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители
наименование или обозначение документа,

артериального давления неинвазивные. Методика поверки»
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы избыточного давления
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

3 разряда в диапазоне значений от 20 до 400 мм рт.ст., 3.2 ДДД 0008.2018
класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих
факторов: t= 22,4 °C p= 101,7 кПа φ= 42 %
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
необходимо зачеркнуть

признано пригодным к применению.

Знак поверки



Главный метролог

Handwritten signature of the Chief Metrologist

Ярыгин Артем Валерьевич

Поверитель

Handwritten signature of the Verifier

Замалеев Камилль Исмагилович

Дата поверки

11 апреля 2019 г.